

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30年 5月 1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：301185
作業年月日	平成 30 年 5 月 1 日		作業時間： / Hr
顧客名	いしぐろクリニック 様		TEL：026-286-6363
所在地	長野市川中島町御厨706-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 29 年 6 月 19 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

正常終了 画面から、タッチパネル表示が切りかわらない。

不具合原因、作業内容

→ フタ開閉を検知するリミットスイッチが正常に動作していませんでした。
→ リミットスイッチの調整を行いました。

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

上記作業のうえ、動作確認を実施しました。6月下旬定期保守メンテナンス予定です。

装置 情報	交換後運転回数：1130	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌/消毒：266	殺菌/消毒+7L：265
	リークチェック：950	自己洗浄：253	7Lコル単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 5 月 1 日

ご署名

柳澤 祐子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者

作業者



Ver.3.1