

保守点検・修理 報告書

発行日: 2019 年 4 月 12 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号: 100643
作業年月日	2019 年 4 月 12 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	佐藤胃腸科内科医院 様		TEL: 0268-22-2342
所在地	長野県上田市中央1-8-21		ご担当 様
販売店	有限会社 長野医科器械		ご担当 藤原 様
納入年月日	平成 25 年 4 月 18 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

酸素圧力異常第2 (E200) 1/15, 1/17, 1/22, 2/6, 2/7, 2/13, 3/7, 3/12, 4/10.

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 388
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません

装置情報	交換後運転回数: 402	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 2875	殺菌/消毒+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 142	7L単独: 0	エア単独: 25

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H31 年 4 月 12 日

上田市中央1-8-21

医療法人 佐藤胃腸科内科

TEL (22) 2342

ご署名

責任技術者

作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

2019.4.12

2019.4.12