

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	2055	作業日/納入日	2021/05/13(木)	ご依頼日/受付	
お得意様	鈴木歯科クリニック 様			ご依頼者	様
住所	千葉県印西市西の原2-2-1 カスミ西の原店テナント棟			室名	
TEL	0476-33-6990			保守契約	
実施センター	千葉SC	TEL	043-206-0660	作業者	佐藤輝幸
応援		応援		応援	
メーカー	IHIアグリテック	型式	WD-150-		
機種名	ウォッシャー・デイスインフェクター	医療機器区分	3区分	特定保守	該当
作業区分	修理	製造番号	14060071	運転回数	5394 回
完了・継続	☒ 完了 ☐ 継続	有料・無料	☒ 有料 ☐ 無料		
請求先	株式会社IHIアグリテック			注文No.	
支店名		ご担当者	廣瀬 様	見積No.	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	洗剤チューブ交換		原因	洗剤チューブが硬化している為
	エラーNo・コード			

処置	☐ 部品交換 ☐ 各部清掃 ☐ 動作確認 ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☐ 試運転	☐ 各部増締 ☐ グリスアップ ☐ 設定・PG確認 ☐ 異常なし	洗剤チューブ交換実施 (洗浄・仕上剤) チューブ内エア抜き・動作確認

交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
	T00203190	DPIチューブ ASSY	2.00	1,400	2,800		

作業費用			円		合計	部品合計		2,800 円
	技術料	平日	1.0 H X	1 名 X 8,500 円 =		作業合計		15,900 円
	派遣料	1.0 名 X	100 円 X	44 km X				円
	宿泊費		泊 X	名 X				円
	諸経費					税別合計金額		18,700 円
						消費税(10%)		1,870 円
						ご請求額		20,570 円

お客様への伝言 定期メンテナンス表示しています。前回より1480回表示

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
(佐藤)	鈴木	(佐藤)	(長川原)	(久保)

納品書No.
1123