

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	2361	作業日/納入日	2021/05/14(金)	ご依頼日/受付	
お得意様	森川歯科医院 様			ご依頼者	様
住所	千葉県茂原市道表21-4			室名	
TEL	0475-25-0889			保守契約	
実施センター	長野SC	TEL	026-273-0720	作業者	中曽根和博
応援		応援		応援	
メーカー	IHIアグリテック	型式	BC-17-		
機種名	小型高圧蒸気滅菌器	医療機器区分	3区分	特定保守	該当
作業区分	修理	製造番号	14070138	運転回数	回
完了・継続	<u>完了</u> 継続	有料・無料	<u>有料</u> 無料		
請求先	株式会社IHIアグリテック			注文No.	
支店名		ご担当者	小山 様	見積No.	長野2021-044
連絡事項					

ご依頼内容・現象	電源を入ると施設側ブレーカーが落ちる		原因	過圧検知圧力スイッチの漏電	
	エラーNo・コード				

処置	☒ 部品交換 ☒ 各部清掃 ☒ 動作確認 ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☒ 試運転	☐ 各部増締 ☐ グリスアップ ☒ 設定・PG確認 ☒ 異常なし	過圧検知圧力スイッチ(PS2)交換 缶内ストレーナー等清掃 絶縁良好 作動確認 本日発送
----	--	---	--

交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
	T00101880	過圧検知圧力スイッチ	1.00	12,600	12,600		

作業費用	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
	技術料	平日	5.0 H X 1 名 X 8,500 円 =	42,500 円			
	派遣料	名 X 円 X km X 回 =		円			
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =		円			
	諸経費	精製水代1,000円加算しています。	4,000 円				
	荷造梱包費		3,000 円				
	送料		3,050 円				
				円			

合計	部品合計	12,600 円
	作業合計	52,550 円
		円
		円
	税別合計金額	65,150 円
	消費税(10%)	6,515 円
	ご請求額	71,665 円

お客様への伝言	
---------	--

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
中曽根	中曽根 MCS	中曽根	長川原	久保

納品書No.
1593