

点検・修理報告書

管理 No. 210209
発行日: 2021/6/29

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2021 年 6 月 29 日		作業時間: Hr
顧客名	太田歯科診療所 様	TEL:	
所在地	千葉県木更津市太田2-14-10	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2017 年 3 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100206	運転回数: 975/2979 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー2 洗浄槽満水			
原因			
再現なし			
処置、作業内容			
点検・清掃実施			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 7 月 21 日

ご署名

菊池 雄太

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/07/09 菊池	サービスG '21/07/09 小山	サービスG '21/07/09 佐藤