

点検・修理報告書

管理 No. 210085
発行日：2021 年 11 月 22 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2021 年 10 月 27 日		作業時間： 12 Hr
顧客名	おおぞら歯科クリニック 様		TEL： 043-312-1051
所在地	千葉県千葉市稲毛区長沼原町731-17 フレスポ稲毛イーストモール		ご担当 様
販売店	(株)ADI. G		ご担当 岩崎 様
納入年月日	2015 年 3 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070146	運転回数： 4557
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー-31 缶内加圧異常		
・ドア開閉不良		
原因		
・蒸気発生器の内部の異物による詰まり		
・ドアレバー破損		
処置、作業内容		
・蒸気発生器、真空・乾燥電磁弁、排気弁、蒸気弁 交換		
・ドアレバー交換		
・各種点検、清掃、運転確認		
特記事項		
・蒸気発生器の破損に関しては精製水の水質によるものと推測されます。給水時にご注意下さい。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気発生器ヒーター		1		
2	ドアレバー		1		
3	電磁弁各種		3		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年 12 月 14 日

ご署名 柳沢 氏 印

修理業者 株式会社 IHI物流産業システム

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	中曾根
'21/11/22	'21/11/12	