

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	1889	作業日/納入日	2021/05/06(木)	ご依頼日/受付	2021/05/01(土)
お得意様	ベルダム歯科クリニック 様			ご依頼者	様
住所	千葉県佐倉市王子台3-18-1			室名	
TEL	043-460-1818			保守契約	
実施センター	千葉SC	TEL	043-206-0660	作業者	佐藤輝幸
応援		応援		応援	
メーカー	IHIアグリテック	型式	WD-150		
機種名	ウォッシャー・デイスンフェクター	医療機器区分		特定保守	
作業区分	修理	製造番号	13090011	運転回数	4211 回
完了・継続	☒ 完了 ☐ 継続	有料・無料	☒ 有料 ☐ 無料		
請求先	株式会社IHIアグリテック			注文No.	
支店名		ご担当者	廣瀬 様	見積No.	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	排水が出来ない。		原因	排水ポンプ動作不良の為、熱水処理後の冷却排水で、槽内満水警報が発生したと思われます。
	エラーNo・コード	E19		

処置	☒ 部品交換 ☐ 各部清掃 ☒ 動作確認 ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☒ 試運転	☐ 各部増締 ☐ グリスアップ ☐ 設定・PG確認 ☐ 異常なし	排水ポンプ動作確認、交換短縮工程にて、動作確認

交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考
	T00202510	排水ポンプ		15,100	0	

作業費用					合計	部品合計		円
	技術料	平日	2.0 H X	1 名 X 8,500 円 =		作業合計	23,900 円	
	派遣料	1.0 名 X	100 円 X	32 km X 回 =		部品値引	円	
	宿泊費	泊 X	名 X	円 =		税別合計金額	23,900 円	
	諸経費			3,000 円		消費税(10%)	2,390 円	
	有料道路			700 円		ご請求額	26,290 円	
				円				
				円				

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
(佐藤)	原	(佐藤)	(長川原)	(久保)

納品書No.
944