

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 11 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 301559
作業年月日	2020 年 11 月 20 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	うえはらクリニック 様		TEL: 0266-72-2636
所在地	長野県茅野市仲町7番16号		ご担当 様
販売店	岡野薬品株式会社		ご担当 保科 様
納入年月日	平成 30 年 11 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

12/17 酸素圧力異常 (E200)
2/26, 4/10, 消毒時給水異常 (E202)
6/30 酸素圧力異常 (E200)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 610
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありません。用平洗淨剤『ネオゼイムS』で洗浄

装置情報	交換後運転回数: 532	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 24/	殺菌/消毒+AL: 600
	リークチェック: 96	自己洗浄: 375	アルコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020.11.20 長野県茅野市仲町7-16 日

医療法人 うえはらクリニック

理事長 上原 俊樹

ご署名 電話 (0266)72-2636



修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2020.11.20	2020.11.20