

保守点検・修理 報告書

発行日: 2021 年 1 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300477
作業年月日	2021 年 1 月 27 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	源田内科医院 様		TEL: 0265-24-1550
所在地	長野県飯田市宮の前4423-8		ご担当 様
販売店	岡野薬品株式会社		ご担当 様
納入年月日	平成 27 年 1 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 742
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。使用後のお手入れを丁寧に実施いただければという感じです。
 用手洗消毒剤「ネオゲイム」をご案内。

装置情報	交換後運転回数: 47	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒: 4	殺菌/消毒+7L: 470
	リークチェック: 0	自己洗浄: 3	7Lコール単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	2
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	2
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
ワゴンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R3 年 1 月 27 日

飯田市宮の前4423-8

ご署名

源田内科医院

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者

2021.1.27

作業者

2021.1.27