

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 2021 年 3 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号: 300223
作業年月日	2021 年 3 月 11 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	今井内科胃腸科クリニック 様		TEL: 0266-24-8688
所在地	長野県岡谷市今井1221		ご担当 様
販売店	株式会社 スズケン		ご担当 今井 様
納入年月日	平成 26 年 3 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/12 消毒槽異常 (E101) , 水位低下異常 (E300)
 5/21, 7/6 消毒時給水異常 (E202)
 12/21 消毒槽異常 (E101) 3/9 水位低下異常 (E300)

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 434
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐ ※左と右に接続あり	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。
 用手洗浄剤でネオサイル80 洗浄

装置情報	交換後運転回数: 368	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒: 3567	殺菌/消毒+アル: 0
	リークチェック: 2	自己洗浄: 5	アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1set
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

21.3.11 年 月 日

ご署名 今井内科胃腸科クリニック

今井 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL: 0263-24-2840

責任技術者	作業者
2021.3.11 青木	2021.3.11 青木