

# 点検・修理報告書

管理 No. 20180207

発行日: 2018年 2月 8日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2018年 2月 8日		作業時間: 3 Hr
顧客名	すかき歯科医院 様		TEL: 098-999-7766
所在地	埼玉県八潮市		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014年 5月 2日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

装置情報	製造番号: 13100046	運転回数:	運転回数リセット: <input type="checkbox"/> 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
------	----------------	-------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

洗剤センサー不良、槽内温度センサー異常

原因

処置、作業内容

代替機入替

特記事項

代替機設置問題無し、水漏れ等無し。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL: 086-944-6528  
 FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

