

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

メーカー用

株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境サービス部GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区三木寺番地170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

お客様	名称	けんぞう 歯科クリニック	製造番号	14060076	ご確認	クレーン
	住所	東京都国分寺市光明1-45-11	納入検査実施日	2014年9月4日		
	納入場所	同上	納入検査・会社・実施者	(株)シバウラ 郷間		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	性能評価	✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ			運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDソケットの反応・汚れ			
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考

給湯供給時間を75秒から300秒に変更いたしました。

設置料金 35,000円

出張料金 8,000円 (片道40km)

駐車料金 1,500円

高速料金 2,680円 (代官町↔国分寺中)

合計 47,180円