Ⓓ 作業報告書

お得意様	おおた歯科診療室 様	ご承認印	太田
住所	神奈川県相模原市緑区原宿2-7-1		
TEL	042-783-5750	宛名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	(株)エイエアグリテック
型式	ICウォッシャー (号機)	製番	100377
完了 / 継続 / 有料 / 無料		巡回回数	回

作業日 20 19年 8月 15日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 機器設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): (株)エイエアグリテック

(支店名)

(ご担当者): 小山様

(注文No.)

特記事項

①管理No. 812222

②作業日 20 190815

③Uコード 0427835750

④⑤機種コード 11 - 74

⑥製造No. 100377

⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 10

⑧故障コード 00 - 999 - 9

⑨実施SC 83

⑩技術者 32

⑪同行・応援 35

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

ご依頼内容・現象

ICW納入設置作業のご依頼

(ご依頼者 様)

原因

処置

- □部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- □各部増締め □分解・再セットアップ □各部清掃
- □グリスアップ ☑動作確認 □設定・プログラムの確認
- □点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- □性能検査立ち会い ☑試運転 □最終検査終了・異常なし

・装置設置
・設置報告書に基づく各部動作確認
・90℃ 5分 乾燥 仕上げコース試運転
・TOSIインジケーターによる洗浄評価実施 合格.
・取り扱い説明実施

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	排水継手	1		400

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)		35,000
2	技術料	H×	名× 円	
3	派遣料	90 km	名× 100 円	9000
4	宿泊費	泊×	名× 円	
5	諸経費			
6	有料道路代			1580

料金内訳

⑬A 部品代		400
⑭B 技術料等		46,580
⑮		0
⑯ 税抜合計金額		46,980
消費税		3,758
ご請求金額 円		50,738
納品書No.		4519

お客様への伝言

サービスセンター	実施者	責任技術者	検印	入力	納品書
神奈川SC TEL	金子 根岸	福島	長川 '19.8.28 原	久保	小林