#3501 P 1/1
0262734074
本社
2019.12.20 10:15

Ⓑ 作業報告書

得意様	けんもつ歯科クリニック 様	ご承認印	監物
住所	国分寺市光町1-45-11		
TEL	042-571-8777	署名	
機種名	高圧蒸気滅菌装置	メーカー	(株)IHIアグリテック
型式	BC-17 (号機)	製番	14060088
完了 / 継続	有料 / 無料	運転回数	回

作業日 20 19年 12月 18日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / ☑ 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / ☑ 2 スポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / ☑ 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先)
(株)IHIアグリテック
(支店名)
(ご担当者) 廣瀬 様
(注文No.)

管理No. 812345

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC 仙台SC 長岡SC 千葉SC 静岡SC 神戸SC 長崎SC 秋田SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 鹿児島SC 郡山SC 北関東SC 宮都SC 広島SC 沖縄SC 新潟SC 都城SC 東京SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
排水されカ-17。
(ご依頼者 様)

原因
スケール(水垢)による排水口、
排水ホースの詰まりによるもの

処置
☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☑各部清掃
☐グリスアップ ☑動作確認 ☑設定・プログラムの確認
☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☐最終検査終了・異常なし

・排水タンク、給水タンク清掃。
・排水ホース内部シリンジにて洗浄、詰まり除去実施。
・動作確認、異常無し。排水確認済み。

お客様への伝言
・同じ不具合が繰り返される場合は、排水口の交換を推奨致します。

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 1.5 H× / 名× 8,000円		12,000
3	派遣料 70k× / 名× 100円		7,000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6	駐車代		1,000

B

料金内訳	
⑬A 部品代	0
⑭B 技術料等	23,000
⑮	
⑯ 税別合計金額	23,000
消費税	2,300
ご請求金額 ¥	25,300
納品書No.	

サービスセンター	TEL	実施者
埼玉		中村(裕)

責任技術者	検印	入力	納品書

B 実施者→取扱業者