Ⓑ 作業報告書

得意様	けんもつ歯科クリニック 様	ご承認印	けんもつ
住所	東京都国分寺市光町1-45-11		
TEL	042-571-8777	室名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	
型式	WD-150 (　号機)	製番	14060076
完了	継続	有料	無料	訪問回数	回

作業日 20 ~~20~~ 21 年 1 月 6 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット ✓ / 3 CM / 医療機器 / 区分 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 ✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

	月	日	時	分
受付				
到着時間				
作業完了時刻				

取扱業者(請求先): (株)HIアプリティック
(支店名)
(ご担当者): 広瀬様
(注文No.)

管理No. 828373

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-6 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくば SC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC 秋田SC 松本SC 市川SC 静岡SC 神戸SC 長崎SC 仙台SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 鹿児島SC 浦和SC 北関東SC 首都圏C 岐阜SC 広島SC 新潟SC 群馬SC 東京SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-6 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
①E14 洗浄槽満水 3回発生
②E16 槽内温度低下1 1回発生
(ご依頼者 様)

原因
① 1回前に使用した水が槽内に残っていた可能性が高いです。
② 温度低下は、現象が再現されず。

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☑動作確認 ☑設定・プログラムの確認
- ☑点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☑最終検査終了・異常なし

・各基本設定及び機器の設定の再確認
① 通常排水の設定を ~~[illegible]~~ 70秒 → 75秒に変更。
② 温度センサー間差 ~~[illegible]~~ → 2℃ → 4℃に変更。
単工程、熱水消毒実施、異常なし。
・各センサーの目視確認

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 ~~[illegible]~~ H × 1 名 × 8500 円	17000	
3	派遣料 50km × 1 名 × 1000 円	1000	
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費	3000	
6	~~[illegible]~~ 代	680	

料金内訳

⑬A 部品代		0
⑭B 技術料等	~~216~~ 21	680
⑮		
⑯ 税別合計金額	21	680
消費税	2	168
ご請求金額 ¥	23	848
納品書No.		

サービスセンター: 首都圏C TEL 0901700 6487 実施者: 鈴木

責任技術者	検印	入力	納品書
鈴木			

B 実施者➡取扱業者