

作業者用



株式会社HIHシバウラ

環境事業部

環境事業部GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区田代町10番6

TEL 086-942-1852

FAX 086-942-9030

クラスB オートクレーブ BC-17 設置報告書

お客様	名称	製造番号	ご確認	水野 信之
	住所	納入検査実施日		
	納入場所	納入検査実施者		
	ミズキデンタルオフィス	13090028		
	神奈川県横浜市中区岡野 1-12-13	H26.2.27		
		郷間 源信		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ
缶体		割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置		行程表示LEDの点灯
		滅菌温度センサの汚れ			電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
		網カゴ、破損汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内
		缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認
排水タンク		タンクの汚れ・漏れ	性能評価		B&Dテスト実施
		フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト
異常なし ✓			その他	✓	付属品の確認
					運転説明
				✓	装置内運転時異音

出張時間	数量	単価	金額
			設置料金 ¥20,000 -
			(出張料等はWDで精算)
			145551