

ウォッシャーディスイنفエクター WD-150納入検査表・報告書

モリタ用



株式会社HIシバウラ

環境事業部 環境安全課 GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL086-944-6528
FAX086-942-9030

お客様	名称	LIFE鎌倉DENTAL OFFICE	製造番号	13100047	ご確認	前記
	住所	鎌倉市御成田4-16	納入検査実施日	H24.6.22		
	納入場所		納入検査・会社・実施者	モリタ 東藤 HIシバウラ 若井		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	○	開閉動作確認	外装・設置	○	本体の水平確認・基準傾き内
	○	ドアパッキンキズ・汚れ点検		○	アジャスタフットの緩み・設置状態
	○	ドアロックユニット作動確認		○	キズ・汚れ
	○	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		○	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	○	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	○	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	○	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		○	入力・出力確認
	○	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	○	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	○	洗剤投入量の確認			
	○	ローラーポンプの動作確認			
給排水	○	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	○	付属品の確認
	○	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		○	運転説明
		接続 水道水		○	装置内運転時異音・振動
電装系	○	電源スイッチの作動状態	プログラム Ver. 1.0.2		
	○	SDソケットの反応・汚れ			
	○	行程表示LEDの点灯			
	○	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考