

D 作業報告書

得意様	てつお 炭料 クレック 様			ご承認	
住所	川崎市			印	
TEL		室名		依頼	様
機種型式	WD-150		号機	運搬回数	回
完	継続	有料	無料	製番	
取扱業者名	(株)IHシバウラ		様	ご担当者	東京 廣瀬 様

ご依頼内容・現象
エラー 6 が発生する。

原因
トレが給水口をふさいでいました。

処置
トレを取り除き動作確認。
49993

※ 汚浄物品の入れ置き等に注意下さい。

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言

機種の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警告・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 4 月 26 日

保形 守 1 2 3 4 5 9
態 保 性 性 点 点 点 対
1 2 3 医 6
サ 守 歩 CM 療 分
ー 期 歩 器 区 特 非
ス 間 歩 器 分 符 符
形 週 歩 器 分 符 符
態 週 歩 器 分 符 符

作 業 区 分

00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 搬去移設
70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 アフター	80 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項

①管理 No. 775964

②作業日 20 16 04 26

③Uコード 0447501766

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14060088

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 32 - 999 - 6

⑨実施 SC 79

⑩技術者 KJ

⑪同行・応援

⑫原因・処理 4 - 9 - 1 - 2

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検 (見積書No.)	
2	技術料 1 日 × 1 名 × 7,500 円	7,500
3	派遣料 1 名 × 円	9,800
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費 馬主車料	400
6		

サービス担当者 東京 SC 実施者 星 住

TEL - -

部署長 入力 検印 納品書

小林 佐藤 久保

料金内訳

⑬ A

部品代 0

⑭ B

技術料等 17,700

⑮

⑯

税別合計金額 17,700

消費税 1,416

ご請求金額 ¥ 19,116

納品書 No. 781