

ICW IM-205-1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

作業者用

お客様	名称	製造番号	ご確認	(印) モリタ 7/10
	住所	納入日		
	納入検査実施者			
	どろみ科	100325		
	品川区東大井 2-23-4	2018. 1. 24		
		鈴木 一希		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換(ハントピースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認		有(無)	温水使用切換
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明
	✓	給湯温度(45~50℃)		✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☒ 良好 ☐ 不良 トシ	
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認			
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

特記事項

IOC IM-205-1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHIアグリテック用

お客様	名称	製造番号	ご確認	(株)IHI 田
	住所	納入検査実施日		
		納入検査実施者		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	レ	ハンドル開閉検出確認	電装系	レ	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	レ	ドアロックユニット作動確認		レ	ディスプレイの色あせ・表示確認
	レ	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		レ	電源スイッチの作動状態
	レ	ハンドルキズ・汚れ		レ	SDカードの挿入・取外性
缶体	レ	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	レ	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	レ	滅菌温度センサの汚れ		レ	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	レ	棚、トレーのキズ・汚れ		レ	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	レ	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		レ	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	レ	給水タンクの内部汚れ	制御	レ	キズ・汚れ
	レ	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		レ	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	レ	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無い		レ	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	レ	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		レ	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	レ	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		レ	B&Dテスト実施
排水タンク	レ	タンク内に汚れはないか	性能評価	レ	リークチェックテスト
	レ	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		レ	0点調整
	レ	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		レ	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	レ	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他	レ	運転・お手入れ方法の説明
				レ	装置内運転時異音

特記事項