

作業報告書

お得意様	秋本歯科診療所		様	ご承認印
住所	横浜市中区南仲通 1-6			
TEL	045-264-9308	署名		様
機種型式	WD-150	号機		回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名 (印) JHTミヤハラ		ご担当者 小山 様		

ご依頼内容・現象
循環ポンプ故障

原因
循環ポンプ不具合。(交換・点検)

処置
・循環ポンプ交換。
・マニュアル動作確認、異常無し。
・水漏れ等無し。

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 17 年 4 月 17 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 24時間	3 CM	医療機器	区分	特管	非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ゴール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	循環ポンプ	1		交換部品

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 2.5 H× 1 名× 7,500 円		18,750
3	派遣料 160k × 1 名× 100 円		16,000
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費		3,000
6	高圧代 駐車代		4,900

サイン	埼玉 SC	実施者	中村
TEL	-		

メモ

特記事項

①管理 No. 789684

②作業日 20 17 04 17

③Uコード 0452644308

④機種コード 11 - 09

⑤製造 No. 13080009

⑥保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑦故障コード 10 - 202 - 1

⑧実施SC 84

⑨技術者 33

⑩同行・応援

⑪原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料金内訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 42,650
⑮	
⑯	税別合計金額 42,650
⑰	消費税 3,412
ご請求金額 ¥ 46,062	
納品書 No. 577	