

④ 作業報告書

登録簿	横浜フォルテ矯正歯科 様				ご承認印	
住所	横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1 8F				長田	
TEL	045-620-6552	室		依頼	様	
機種型式	IC Washer		号機	迎転回数	回	
完了	継続	有料	無料	製番	100066	
取扱業者名 (株)エフエシバウラ 様				ご担当者 廣瀬 様		

ご依頼内容・現象 装置から異臭がする
原因 排水ホースの取り回し不具合の為
処置 排水ホースを適切な長さに切り調整 洗剤・仕上剤コネクタ破損発見 新品部品に各箇所交換 扉開閉調整・90℃5分乾燥・仕上がり試験 水漏れ・排水各洗剤漏れ確認OK

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☒ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
装置を動かす時は左側・コネクタ の接点にご注意下さい。 触	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 / 7 年 7 月 / 日

保形	守	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検整備	5 点検	6 点検	(摘要)
	想							
サー	ビ	1 保守期間	2 点検	3 CM	医療機器			区分
	ス							
作	薬	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 撤去
	区							
分		70 PR	72 取扱い	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時 月 日 時 分

コ	一	下	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
---	---	---	-----------	----	-----	-----

[illegible]

基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2 技術料 6 H× 1 名× 7,500 円		45,000
3 派遣料 120 km 毎× 100 円		12,000
4 宿泊費 泊× 名× 円		
5 諸経費		3,000
6 有料道路・駐車場代		5,810

サトーセンター	神奈川 SC	実 施 者	金子
	TEL - -		

メモ
門前仲町へ部品
受け取り移動

特記事項

MS-17-7-3-1Y

①管理 No. 783843

②作業日 20 17 07 10

③Uコード 0856206552

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100066

⑦保守・サービス形態
作業区分 9 - 2 - 50

⑧故障コード 72 - 126 - 2

⑨実施 SC 83

⑩技術者 32

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳

部品代			
-----	--	--	--

技術料等	65810
------	-------

15				
----	--	--	--	--

税別合計金額	65810
--------	-------

消費税	5264
-----	------

ご請求金額 ¥	71,074
---------	--------

納品書 No.	3281
---------	------