

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 6 月 14 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 6 月 7 日		作業時間： Hr
顧客名	あざみ野総合歯科医院 様	TEL： 045-905-5955	
所在地	神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-9-13 サンサーラあざみ野3F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 11 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100283	運転回数： 321	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	-----------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー14 真空時間オーバー異常
- ・エラー12 ドアセンサー異常

原因

- ・真空ポンプ不良

処置、作業内容

- ・真空ポンプコンデンサー交換、シャトルバルブ交換
- ・各種調整 運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・真空ポンプコンデンサ				
2	・シャトルバルブ				
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H30 年 6 月 19 日

あざみの
総合歯科医院

ご署名 印

〒225-0011 横浜市青葉区あざみ野2-9-13
サンサーラあざみ野3F

TEL 045-905-5955

菊池 石本

18/06/14

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030