

D 作業報告書

依頼先	神奈川県 様		ご承認印
住所	横浜市緑区鴨居1-15-3		山本
TEL	045-937-4682 署	ご依頼	様
機種型式	WD-150	号機	運転回数
☒ 完了 ☐ 継続 ☒ 有料 ☐ 無料		製番	14070130
取扱業者名		ご担当者	
(株)IHエレクトロニクス 様		富田	様

ご依頼内容・現象
下水の臭いが上がってくる(槽内)

原因
オーバーフローホースの雑菌臭の臭い

処置
オーバーフローホース洗浄
排水ホース・オーバーフローホース再設置
ストレーナー清掃
装置内清掃・各ホースバンド増し締め
試運転OK

最終確認チェック ☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☒試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言	廣の機器のコンディション
定期メンテナンスの表示が出ています。点検をお勧め致します。	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er
	☐ 漏れあり ☐ 異音あり
	☐ 破損あり ☐ 劣化あり
	部位
印刷紙添付	☒ あり ☐ なし

作業日 20 17 年 11 月 21 日

保守形態	1 保守契約 ☐ 2 性能点検 ☐ 3 性能点検 ☐ 4 点検整備 ☐ 5 点検 ☒ (摘要)
サービス形態	1 保守期間 ☐ 2 CM ☒ 3 医療機器 ☐ 3 区分 特 非
作業区分	00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☒ 50 撤去移設 ☐ 70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時制で記入)
受付時間 月 日 時 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	3 H× / 名× 7,500円	22,500
3	派遣料	30km 名× 100 円	3,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3,000
6	駐車場代		1,000

サービスセンター	神奈川県 SC	実施者	金子
TEL	-		

メモ

特記事項

①管理 No.	783569
②作業日	20 17 11 21
③Uコード	0459374682
④⑤機種コード	11 - 72
⑥製造 No.	14070130
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	72-126-3
⑨実施SC	83
⑩技術者	32
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	1-9-11-2

料 金 内 訳	
⑬A	部品代 0
⑭B	技術料等 29,500
⑮	0
⑯	税別合計金額 29,500
消費税	2,360
ご請求金額 ¥	31,860
納品書 No.	7404