

D 作業報告書

依頼者様	飯田デンタルオフィス様		ご承認印
住所	茅ヶ崎市燕竹4-7-64		
TEL	0467-84-1030		
機種型式	IC W	号機	運転回数
完了	継続	有料	無料
取扱業者名	(株)エヒアグリテック様		ご担当者
		小山様	

ご依頼内容・現象
漏水検知エラー

原因
タンク(凝縮)継手 エルボー 破損の為
乾燥空気(背面右側)エルボー 破損の為

処置
凝縮タンク乾燥空気 エルボーの
部品交換。
装置内 水漏れ 清掃
排水ホース接続部 少量の漏れの為
再接続。
試運転 漏れ確認 OK

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
最終確認チェック ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション	
	メーカー	
	機種	
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er	☐ 異常あり ☐ 異常あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり		部位
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし		

作業日 20 18 年 1 月 26 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検	5 点検	6 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 CM	3 医療機器	4 3	5 区分	6 特管 非常管
作業区分	00 製品販売	10 納入後	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時間制で記入)
受付時間 月 日 時 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	配管継手	2		支給品
	エルボー	2		
	配管接続バネ	2		

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料	5 H× / 名× 8,000 円	40,000
3	派遣料	50km 名× 100 円	5,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3,000
6			

サイン	神奈川 SC	実施者	金子
TEL	-		

メモ

特記事項

①管理 No.	783605
②作業日	20 18 01 26
③Uコード	0467841030
④⑤機種コード	11 - 74
⑥製造 No.	100106
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	60-123-1
⑨実施SC	83
⑩技術者	32
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	1-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬A	部品代
⑭B	技術料等
⑮	
⑯	税別合計金額
⑰	消費税
ご請求金額 ¥	
納品書 No.	