

D 作業報告書

得意様	LIFE鎌倉 DENTAL OFFICE 様		ご承認印
住所	鎌倉市御成町4-15 桂ビル		平野
TEL	0467-38-0241	室名	ご依頼
機種 型式	ワッシャー WD-150	号機	運転回数
完	継続	有料	無料
製造業者名	(株)IHIシバウラ 様		製造番号
取扱業者名		(株)IHIシバウラ 様	ご担当者
		東京	廣瀬 様

ご依頼内容・現象

排水不良のエラーが出る。

原因

排水ポンプ内部への異物混入による
排水ポンプの動作不良。

処置

排水ポンプ分解、異物除去。
水切れチェック。
試運転。
J/A 49992

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er☐ 漏れあり ☐ 異音あり☐ 故障あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 1 月 9 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性 検査	3 性 点検	4 性 点検	5 点 検	9 対象 外	(摘要✓)
サービ ス形態	1 保守 期間	2 保 外	3 CM	医療 機器		区分	特 管 非 特 管
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点 検	50 3 用
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 アフ ター
							90 その他

(24時刻で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	34300
2	技術料 3.5 H × 1 名 × 9800 円	休日料金	29400
3	派遣料 120k × 1 名 × 100 円		12000
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費 高速料		2380
6	駐車料		4500

サービスセンター	東京SC	実施者	目住 佳
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
	小林	佐藤	久保

メモ

特記事項

①管理No. 781145

②作業日 20 16 01 09

③Uコード 0467388241

④⑤機種コード 11-09

⑥製造No. 13100042

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-208-3

⑨実施SC 719

⑩技術者 43

⑪同行・応援

⑫原因・処理 4-9-1-2

料金内訳

⑬A 部品代 0

⑭B 53180

技術料等 48280

⑮

⑯

⑰

税別合計金額 53180

48280

B 消費税 4254

2862

ご請求金額 ¥ 57434

52142

納品書No. 8168