

D 作業報告書

依頼様	平沢 栄科 様			ご承認印
住所	秦野市平沢 1152-1			
TEL	0462-84-0800	室名		ご依頼
機種型式	IC Washer, 4層器		号機	選取回数
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株) JHI シバウラ 様 担当 東京 廣瀬 様			

ご依頼内容・現象

運転中に液晶表示が消えた。

原因

表示部への電源基板(パワーサプライ)の不具合あり。5Vの出力なし、ヒューズ切確認。

処置

代替器と入れ替え。
給水、排水確認。循環ポンプ動作確認。
洗剤、仕上剤の動作確認。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 6 月 7 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 ストック	3 CM	医療機器	区分	特管 非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 1.5 H×	名× 7500円	11250
3	派遣料 140 K × 1名×	100 円	14000
4	宿泊費 泊×	名× 円	
5	諸経費 商運料		4380
6			

サービスセンター	東京 SC	実施者	日住
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
	小林	長川	久保

①管理 No	775973
②作業日	20 16 06 07
③Uコード	0463840800
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造 No	
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	30-399-9
⑨実施 SC	79
⑩技術者	43
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-9-1-2

料金内訳

⑬ A	部品代	0
-----	-----	---

⑭ B	技術料等	29630
-----	------	-------

⑮		
---	--	--

⑯	税別合計金額	29630
---	--------	-------

⑰ B	消費税	2370
-----	-----	------

ご請求金額 円	32000
---------	-------

納品書 No	1975
--------	------