

④ 作業報告書

登録 緑	眞美デンタルオフィス				様	ご承認印	
住所	横浜市港北区日吉本町1-19-16						
TEL	045-563-4418	署名		ご依頼		様	
機種 型式	IC washer			号機	巡回 回数	回	
完了	継続	有料	無料	製番	100156		
取扱業者名 (株)IHI シバウラ				様	ご担当者 安田 様		

ご依頼内容・現象 ICW 水漏れ 修理	原因 1. 排水ホース接続パッキン不良 2. 扉ガラスたれゴム不良
処置 1. 排水ホース・パッキン 新品に交換 2. たれゴム 部品交換・フット追加リカ 単独操作により 漏れ確認 OK アジャスター 調整	

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	牌の機器のコンディション	
	メーカー	
	機種	
	☐ 異常なし	☐ 警報・Er
	☐ 漏れあり	☐ 異音あり
	☐ 破損あり	☐ 劣化あり
☐ 別紙添付	☐ あり	☐ なし
部位		

作業日 20 年 月 日

保守 サービ ス形 作区	守態	1 保守契約	2 性整備	3 性検点	4 性検点	5 点検	9 点検	(摘要✓)	
	1 保守期	2 入付	3 CM	医療機器				特管	非特管
	00 製品販売	10 納入設置	11 現調整	20 定期点検	30 性能検点	40 点検	50 点検	60 撤去移設	
	70 PR	72 取扱い説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC		80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コ	一	下	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
---	---	---	-----------	----	----	----

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× / 名× 7,500円	11.250
3	派遣料 60km 名× 100 円	6.000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3.000
6	商料道路・駐車場代	2.020

サービスセンター

神奈川県SC

TEL - -

実施者

金子

メモ

MS-17-7/3-1Y

特記事項

①管理 No. 783909

②作業日 20 1/7 07/18

③Uコード 04556344/8

④⑤機種コード 11 - 07

⑥製造 No. 100156

⑦保守・サービス形態
作業区分 9 - 2 - 5c

⑧故障コード 60 - 127 - 1

⑨実施SC 83

⑩技術者 32

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳

部品代			
-----	--	--	--

技術料等		22	270
------	--	----	-----

(15)			
------	--	--	--

税別合計金額	22,270
--------	--------

消費税	1781
-----	------

ご請求金額 ¥	24051
---------	-------

納品書No.	3298
--------	------