

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 09月 07日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2018 年 9 月 7 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	高田歯科医院 様 TEL: 045-562-3589
所在地	神奈川県横浜市港北区下田町2-16-29 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100136	運転回数: 1041	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 特になし			
原因			
処置、作業内容			
① ドア開閉対策部品に交換			
② 定期メンテナンス実施			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドア開閉対策部品		1 式		
2	DPIチューブ		2 セット		
3	ドアパッキン		1 セット		
4	HEPAフィルター		1 セット		
5	プレフィルター		1 セット		
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

横浜市港北区下田町2-16-29

パティオ日吉1F

高田歯科医院

TEL 045-562-3589

修理業者

株式会社IHIアグリテック

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

