

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 8 月 22 日

機種/型式	IC Clave		
作業年月日	2018 年 8 月 8 日		作業時間： Hr
顧客名	D. B. デンタル 様	TEL： 045-949-6480	
所在地	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東2-2-5 グレース代官2-1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 10 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100170	運転回数：1183	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー11 蒸気発生器高温異常			
エラー12 ドアセンサー異常			
エラー18 滅菌異常			
原因			
・ 蒸気発生器温度センサーの異常（エラー11、18）			
・ ドアリミットスイッチの調整不具合（エラー12）			
処置、作業内容			
・ 蒸気発生器温度センサーの交換			
・ ドアリミットスイッチの調整			
・ 各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ 蒸気発生器温度センサー				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄 年 月 日

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 鮫島 浩志 鮫島 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '18/08/22 菊池	環PJ '18/08/22 鈴木