

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 11 月 15 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2018 年 11 月 9 日		作業時間： Hr
顧客名	たいよう歯科クリニック	様	TEL： 046-278-4618
所在地	神奈川県大和市下鶴間2777-5-6		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 9 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100170	運転回数：2294	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー25 圧力センサー故障			
エラー11 蒸気発生器高温異常			
原因			
・圧力センサーの故障 (エラー25、エラー11)			
処置、作業内容			
・圧力センサーの新品交換			
・各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・圧力センサー				
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償

部品代 合計
技 術 料
出 張 料

合 計 法人印 職 係 印

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

たいよう歯科クリニック
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間2777-5-6
コンフォールビル1F
TEL 046-278-4618
ご署名 理事長 加藤 陽一郎 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '18/11/9 菊池	環PJ '18/11/9 石本