

D 作業報告書

依頼者	宮崎台やさい矯正歯科クリニック 様			ご来認・印
住所	川崎市宮前区宮崎 2-12-1			安田
TEL	044-861-9418 室			様
機種	ICW			号機
型式	ICW			回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株) EHI アグリテック 様			100280
ご担当者	廣瀬 様			

ご依頼内容・現象
エラー No.16 槽内温度低下
(熱水消毒・加温)

原因

処置
温度センサー清掃
排水フィルター清掃
回転ノズルつまり取り
温度センサー間差設定変更
90℃5分仕上げ・乾燥 試運転
漏水確認 OK

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機種のコンディション	
	メーカー	
	機種	
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり	
部位		
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし		

作業日 20 18 年 1 月 19 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 CM	3 医療機器		区分	特 非 特
作業分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)
受付時間 月 日 時 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	4 H × 1 名 × 8,000 円	32,000
3	派遣料	50km 名 × 100 円	5,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6	食料道路代	1,020 駐車場代 1,400	2,420

サービスセンター	神奈川SC	実施者	金子
TEL	-		

特記事項

特記事項

①管理 No.	783574
②作業日	20 18 01 19
③Uコード	0448619418
④⑤機種コード	11 - 74
⑥製造 No.	100280
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	47-328-2
⑨実施SC	83
⑩技術者	32
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	6-9-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代 0
⑭B	技術料等 42,420
⑮	0
⑯	税別合計金額 42,420
⑰	消費税 3,393
⑱	ご請求金額 ¥ 45,813
⑲	納品書 No. 9281