

④ 作業報告書

登録 番号	A ¹⁰ 歯科クリニック				様	ご承認印	
住所	厚木市 飯山 2119-7					小笠原	
TEL	046-243-6480	署名		ご依頼	様		
機種 型式	JC W		号機	運転 回数	1139 回		
☒ 完了	☐ 継続	☒ 有料	☐ 無料	製番	100110		
取扱業者名 (株) EHI アグリテック				様	ご担当者 小山 様		

ご依頼内容・現象	洗剤が入り続ける
原因	扉ロック検知 誤認識の可能性が考えられます。
処置	単独動作確認・洗剤・仕上げ剤の動作チェック。異常なし。 扉ロックアジャスター調整 90℃ 5分 試運転(2回) 異常なし

最終確認チェック

☒ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☒ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション	
	メーカー	
	機種	
	☐ 異常なし	☐ 警報・Er
	☐ 漏れあり	☐ 異音あり
☐ 破損あり	☐ 劣化あり	
☐ 別紙添付	☐ あり	☐ なし
部位		

作業日 20 年 月 日

保形 守態	1 保守 契約	2 性接 整備	3 性接 点検	4 点検 整備	5 点検	9 点検 準備	(摘要✓)	
	1 保守 期間	2 CM	3 医療 機器	3	区分	特 管		非 特 管
サービ ス形態	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 点検	60 撤去 移設
	70 PR	72 取扱い 説明	73 改造	74 部品の 納入	75 下見	77 FC	80 フー ク	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.	)
2	技術料 3.5 H× / 名× 8,000円		28,000
3	派遣料 40人 名× 100 円		4,000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6			

サニエセンター 神奈川 SC TEL - - 実施者 金子

メモ

特記事項

①管 理 No. 783624

②作 業 日 20 18 03 27

③Uコード 046283680

④⑤機種コード 11 - 78

⑥製 造 No. 100110

⑦保守・サービス形態
作業区分 9 - 2 - 50

⑧故障コード 25 - 399 - 7

⑨実施SC 83

⑩技 術 者 32

⑪同行・応援

⑫原因・処理 8 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳

[illegible]

技術料等	35000		
------	-------	--	--

(15)			
------	--	--	--

税別合計金額	35000
--------	-------

消費税	2800
-----	------

ご請求金額 円	37800
---------	-------

納品書 No.	28
---------	----