

D 作業報告書

依頼者様	てつお歯科クリニック様		ご承認印
住所	川崎市中原区上小田中6-20-3		※
TEL	044-750-1766	室名 2F	ご依頼様
機種型式	WD 150	号機	運転回数 2928 回
☒ 完了	☐ 継続	☒ 有料	☐ 無料
取扱業者名	(株) EHI アグリテック様	製造番号	14060088
ご担当者	廣瀬様	様	

ご依頼内容・現象
エラー 7. 給水量不足

原因
洗浄物の入れ方・バルブ開度
電圧の一時的な低下 193.5V(通常)

処置
1次側・給水バルブ開閉チェック
槽内・各センサー清掃
洗浄ストレーナー・1バルブ清掃
各動作・手動確認 OK(水量・時間)
90% 5分 仕上げ 試運転・漏水確認

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機種のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
部位	
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 18 年 4 月 25 日

保守形態	1 保守契約 ☐ 2 点検整備 ☒ 3 性能点検 ☐ 4 点検整備 ☐ 5 点検 ☐ 6 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守期間 ☐ 2 保守 ☒ 3 CM ☐ 医療機器 ☐ 区分 特 非 特 管 管 管
作業区分	00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☒ 50 搬去移設 ☐ 60 搬去移設 ☐ 70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アプター ☐ 90 その他 ☐

(24時制で記入)
受付時間 月 日 時 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 3 H× 1名×8,000 円		24,000
3	派遣料 60km 名× 100 円		6,000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6	有料道路代 1,020 円 駐車場代 1,200 円		2,220

部署長	検印	入力	納品書
神奈川SC	金子	福	小林
TEL - -			

メモ

特記事項

- ①管理 No. 800155
- ②作業日 20 18 04 25
- ③Uコード 0447501766
- ④⑤機種コード 11 - 72
- ⑥製造 No. 14060088
- ⑦保守・サービス形態 9-2-50
- ⑧故障コード 82-801-8
- ⑨実施SC 82
- ⑩技術者 82
- ⑪同行・応援
- ⑫原因・処理 8-9-1-2

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 35,220
⑮	0
⑯	税別合計金額 35,220
消費税	2,817
ご請求金額 ¥	38,037
納品書 No.	698