

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2018年 10月 9日
【対応日】 2018年 10月 9日
【連絡元】 ☐モリタ（担当者: ）
☐ユーザー
☒その他（返却時現地確認）
【ユーザー名 & 県名】 神奈川県: オリーブ歯科

IC Washer【機番: 100308】

IC Clave【機番: 100309】

【症状】

【症状】

エラー24

【対応方法】 ☐引取り修理（代替機no. ）

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換（ ）
☐その他（ ）

【対応方法】 ☒引取り修理（代替機no. 100243）

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換（ ）
☐その他（ ）

【給水方法】 ☐水

☐水 & お湯

【給水方法】 ☒アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他（ ）

【ラック種類】 ☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【滅菌バッグ】 ☒ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☒網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☒無

【設置場所】

【備考】

【備考】

10/9返却時運転確認にて上記エラー発生。再度代替機入替。