

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2018年 09月 07日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2018 年 9 月 7 日 作業時間： 6 Hr
顧客名	平沢歯科 様 TEL： 0463-384-0800
所在地	神奈川県秦野市平沢1152-1 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 2 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100092	運転回数： 1050	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
------	--------------	------------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① ドア内部くもり

原因

① 結露混入

処置、作業内容

① ドア内部清掃、ドア開閉対策部品に交換

② 定期メンテナンス実施

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドア開閉対策部品		1 式		
2	DPIチューブ		2 セット		
3	ドアパッキン		1 セット		
4	HEPAフィルター		1 セット		
5	プレフィルター		1 セット		
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年 10月 3 日

ご署名

宝崎 岳彦



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作者

