

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 4月 19日

機種/型式	7ラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019年 4月 9日		作業時間: Hr
顧客名	丘の上歯科クリニック 様	TEL: 045-781-8469	
所在地	神奈川県横浜市中区金沢区能見台 5-5-1		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 横浜支店		ご担当 様
納入年月日	2017年 11月 10日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100299	運転回数: 1727回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラーNo.25 圧力センサー故障

原因

部品故障

処置、作業内容

圧力センサーを交換しました。

待記事項

☒	☒	☒	☒	BMS-Test	STEAM
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------	-------

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	70

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2019年 4月 19日

岡村 隆典 (印)

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-8528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

登録簿	丘の上歯科クリニック			様	ご承認印
住所	神奈川県横浜市長沢区能見台5-5-1				中村
TEL	045-781-8469	番号			
機種名	ウォッシャー・デスインセクター		メーカー	IHアグリテック	
型式	IC Clave		(号機)	製番	100299
完了		継続	有料		無料

A お得意様様控