

点検・修理報告書

管理 No

発行日: 2019 年 7 月 1 日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 6 月 18 日 作業時間: Hr
顧客名	宮崎台やすい矯正歯科クリニック 様 TEL: 044-861-9418
所在地	神奈川県川崎市宮前区宮崎2-12-1 宮崎台プラザ104 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 12 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シが入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100280	運転回数: 969	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	-----------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・ 機体周辺より水漏れ

原因

- ・ 排水ホースの破損

処置、作業内容

- ・ 排水ホース交換、設置確認
- ・ 各種調整、清掃、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 7 月 2 日

ご署名

安井正紀



修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/06/18 富田	環境PJ '19/06/18 桐野