

医療機器の貸出に関する確認書

返却確認日 2019年 5月 24日

貸出元 株式会社IHIアグリテック
 所在地 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

貸出先 医療法人社団 曉 倭 会
 たいよう歯科クリニック
 所在地 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間2777-5-6
 管理責任者 コンフォール鶴間1F
 氏名 TEL 046-278-4618
 理事長 加藤 陽一郎



貸出目的

☐ デモ
☐ 研修

☐ 臨床使用
☐ 研究目的

☐ 緊急時対応
☐ 納期遅延対応

☒ 故障・修理対応
☐ その他()

品名	数量	設置場所	期間	症例数
Ic washer シリアルno.(100301)	/	たいよう歯科クリニック様	2019.5.24 ~	X

●貸出期間中の費用負担:

1. 当該医療機器の設置
2. 撤去
3. 保守・修理費
4. 消耗品等
5. その他の費用

●貸出期間が満了した当該医療機器は、速やかに貸出元に返却する。

〈お取引先商店名〉

〈ご担当者名〉

- ・必要事項をご記入いただき、FAXにてご返信ください。確認書が到着後、弊社貸出予約受付完了となります。
- ・貸出品の在庫状況により商品の発送に時間を頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ・先にFAXなどで貸出依頼、ご予約をされた場合につきましては、「医療機器の貸出に関する確認書」を、貸出機に同梱いたしますので、必要事項をご記入いただき、貸出機器の返却と一緒にご送付いただいても結構です。
- ・貸出機器の発送先はご要望があれば余白や別紙にて発送先をご指示頂ければ、ご対応いたします。ご要望が無い場合は、お取引店様へ発送させていただきます。

登録 商標	たいよう歯科クリニック			様	ご承認印	
住所	神奈川県大和市下鶴間2777-5-6				小笠原	
TEL	046-278-4618	室名				
機頭名	ウォッシャー・ディスインフェクター			メーカー	HHI アクリテック	
型式	1CW (号機)			製番	100138	
完了	継続	有料	無料	通知回線		

修理器の替作業

漏水の為

- ・洗剤、仕上剤、給水、排水ホース取り付け、搬出(修理器)
- ・漏水吸引
- ・床清掃
- ・貸出器の搬入、洗剤、仕上剤、給水、排水ホース取り付け
- ・水漏れ確認、機器単独動作確認、水動作確認、
- ・~~機器~~
- ・H1アグリテック小笠原様の指示より作業実施

作業日 20 年 月 日

保形 サ－ビ ス形態	守	1 守 契約	2 性 検査	3 性 点検	4 点 数値	5 点 検	6 点 検	(摘要✓)	
	態	1 保 守期	2 点 検	3 CM	医療 機器				特 性
業分 作区		00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 設置	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点 検	50 点 検	60 搬入 移動
		70 PR	72 取 扱明	73 改造	74 部 品 納入	75 下 見	77 FC	80 ア フ ター	90 そ の 他

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時 月 日 時 分


コ	一	下	交換部品・機材名称	数量
---	---	---	-----------	----

後日、納品書・請求書を
ご送付申し上げます。

サードセンター	神奈川 SC TEL	実施者 根岸
---------	---------------	-----------

管理No. 810923

信頼され選ばれる医療機器
サービスプラットフォーム



医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売

M エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 028-273-0720 FAX 028-273-4074

札幌SC	長野SC	つくばSC	神奈川SC	大阪SC	福岡SC
秋田SC	松本SC	千葉SC	静岡SC	神戸SC	長崎SC
仙台SC	金沢SC	埼玉SC	名古屋SC	岡山SC	鹿児島SC
郡山SC	北関東SC	首都圏C	岐阜SC	広島SC	
新潟SC	群馬SC	東京SC	京都SC	北九州SC	

洗淨・滅菌業務委託・医療機器等洗淨・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250


福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒307-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

介護ショップサクラケア 福祉用具メンテナンスセンター

お客様御使用欄



A お得意様控

《不具合対応報告書》

担当者:小笠原

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2019年 5月 24日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
 ☐ユーザー
 ☐その他()
【ユーザー名 & 県名】 神奈川県 たいよう歯科クリニック

IC Washer【機番:100138】

IC Clave【機番: 】

【症状】

エラー1:漏洩検知
タッチパネルつかない

【症状】

【対応方法】 ■ 引取り修理 (代替機no.100301)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
 ☐その他()

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
 ☐その他()

【給水方法】 ■ 水

☐水 & お湯

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【ラック種類】 ■ 標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ枠の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☐網バスケット

【備考】

エムシー神奈川 根岸さんと作業

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】