

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2019 年 7 月 22日

ウッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 7 月 18 日 作業時間： Hr
顧客名	二俣川アルカディア歯科・矯正歯科 様 TEL： 045-391-6451
所在地	神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-1 西友二俣川店1F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2018 年 8 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100336	運転回数：	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー2 洗浄槽満水			
原因			
・ 排水ポンプ内への異物混入による排水不良			
処置、作業内容			
・ 排水ポンプオーバーホール、排水フィルター3修理			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

1 年 7 月 22 日

ご署名 高木 利紗 様

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '19/07/18 富田	環PJ '19/07/18 桐野