

株式会社IHIアグリテック  
 環境プロジェクト部 サービスグループ  
 〒704-8122  
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL 086-944-6528  
 FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIアグリテック用

お客様	名称	星谷歯科医院 様	製造番号	100819	〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台4-1-19
	住所	藤沢市湘南台4-1-19ステラコート湘南台1F	納入日	2020年3月26日	医療法人社団 星谷歯科医院
			納入検査実施	エムシーサービス㈱ 金子	理事長 星谷雄

-19  
院  
太  
0

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価 その他	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明
電装系	✓	給湯温度(45~50℃)	✓	装置内運転時異音・振動	
	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ		運転 検査 結果	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 トシ
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認	<input type="checkbox"/> 不良		
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)				
✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				

特記事項