(D) 作業報告書

顧客名	MMデンタルクリニック 様	ご承認印	藤い
住所	横浜市西区みなとみらい3-3-1		
TEL	045-225-0933	室名	3F
機種名	クラスBオートクレーブ	メーカー	IHIアグリテック
型式	BC-17 (号機)	製番	13100048
完了 / 継続 / 有料 / 無料		通算回数	9277 回

作業日 20 19 年 11 月 20 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 修繕 / 準備管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 環境調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 定検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): (株)IHIアグリテック
(支店名)
(ご担当者) 小山 様
(注文No.)

特記事項

①管理No. 814783
②作業日 20 19 11 20
③Uコード 0452250933
④⑤機種コード 11 - 71
⑥製造No. 13100048
⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 40
⑧故障コード 01 - 999 - A
⑨実施SC 83
⑩技術者 32
⑪同行・応援 51
⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

ご依頼内容・現象
定期メンテナンスのご依頼
(ご依頼者 様)

原因

処置
- ☐部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
- ☑各部増締め ☐分解・再セットアップ ☑各部清掃
- ☑グリスアップ ☑動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☑点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☐最終検査終了・異常なし

点検表に基づく点検・整備の実施
ドアパッキン交換
バキュームテスト合格
デンタルモード134℃ 試運転
インジケーター gKe 判定 合格

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00100460	ドアパッキン	1		4600

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		19000
2	技術料	日× 名× 円	
3	派遣料	50km 名× 100 円	5000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費	PCD	1000
6	有料道路代 駐車料金		2240

料金内訳

⑬A 部品代	4600
⑭B 技術料等	27240
⑮	0
⑯ 税別合計金額	31840
消費税	3184
ご請求金額 ¥	35024
納品書No.	7223

お客様への伝言
バクテリアフィルターの交換時期です。

サービスセンター	実施者
神奈川SC TEL	金子 常間

責任技術者	検印	入力	納品書
福島	19.11.25	小林	久保

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合せは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者→経理→請求