

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2020年 1月 9日

IC Washer	
作業年月日	2019 年 12 月 23 日 作業時間: Hr
顧客名	D. B. DENTAL 様 TEL: 045-949-6480
所在地	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東2-2-5 グレース代官2-1F
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 10 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100158	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ ドアワイヤー改修 ・ Version2.5 改修 (フィルター交換、給水流量計交換、樹脂継手交換、プログラム更新など)			
原因			
処置、作業内容			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 1 月 10 日

ご署名 篠島 浩志 印

修理業者

株式会社IHJアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品質保証部	責任技術者	作業者
環境PJ部 '19/12/23 菊池	環境PJ部 '19/12/23 富田	環境PJ部 '19/11/25 桐野