

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2020年 4月 27日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2020 年 3 月 25 日		作業時間： Hr
顧客名	LIFE鎌倉 DENTAL OFFICE 様		TEL：
所在地	神奈川県鎌倉市御成町4-15 桂ビル		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 8 月 1 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100056	運転回数： 2269
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー87 蒸気発生器加圧異常（真空工程中）

原因

- ・給水タンク内・排水タンク内・水ポンプフィルター部等、本体各所へ埃などの異物詰まりによる給水量の低下
それにより蒸気発生器が高温化しエラー発生

処置、作業内容

- ・各部清掃及びオーバーホールの実施、各種調整、運転確認の実施

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 5 月 13 日

ご署名 前 谷 達 夫 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証

責任技術者

作業者

