

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2020年 5月 25日

IC Washer	
作業年月日	2020 年 3 月 18 日 作業時間： Hr
顧客名	海老名歯科口腔外科クリニック 様 TEL： 046-204-8773
所在地	神奈川県海老名市中央3丁目3-18 中村第一ビル1F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 6 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回 目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☒ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100229	運転回数：	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	-------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・ 運転時異音
- ・ Version2.5 改修 (フィルター交換、給水流量計交換、樹脂継手交換、プログラム更新など)

原因

- ・ 機体本体に異常は見られませんでした

処置、作業内容

- ・ 各種調整、清掃、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償	2. 無償	
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2 年 5 月 25 日

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品質保証部	責任技術者	作業者
環境PJ品質 '20/03/18 菊池	環境PJ '20/03/17 富田	環境PJ '20/03/17 桐野