

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2020 年 11 月 20 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2020 年 11 月 20 日		作業時間： 2 Hr
顧客名	岡田歯科医院 様		TEL： 045-311-5963
所在地	神奈川県横浜市西区浅間町5-379-5		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 12 月 5 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒		付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060104	運転回数： 2412
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドア開放異常		
原因		
・扉ロック機構の劣化		
・扉プーリーの破損		
処置、作業内容		
・扉ロック、扉プーリーを交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	扉Assy		左右		
2	扉ロックAssy		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

令和3年 2月 3 日

ご署名 岡田 佐和子 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	環境PJサービスG '20/11/20 富田	環境PJサービスG '20/11/20 安田