

# 点検・修理報告書

管理 No. 210016

発行日: 6月22日

IC Clave	
作業年月日	2021年6月16日 作業時間: 8 Hr
顧客名	オリーブ歯科 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 <input checked="" type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号: 100309	運転回数: 957回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・エラー26 停電異常が発生した。

原因

- ・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。
- ・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。

処置、作業内容

- ・サーキットプロテクタを新品交換いたしました。

特記事項


- ・真空ポンプに異音がありましたので、交換いたしました。
- ・ドアパッキン劣化のため、交換しました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクタ		2		
2	真空ポンプ		1		
3	ドアパッキン		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 3 日

ご署名  印

修理業者 株式会社IHIアグリテック  
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL: 086-944-6528  
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
