

点検・修理報告書

発行日：2021 年 5 月 24 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 5 月 17 日	作業時間	4 Hr
顧客名	神奈川歯科 様	TEL	045-937-4682
所在地	神奈川県横浜市緑区鴨居1丁目16-1	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2015 年 3 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号：14070130	運転回数：3916
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・給水タンク満水異常		
原因		
・給水タンク内フロートスイッチ破損		
・給水電磁弁疲労破損		
処置、作業内容		
・フロートスイッチ交換		
・給水電磁弁交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	フロートスイッチ		1		
2	給水電磁弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 5 月 26 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証

責任技術者

作業者

IHIサービス
 21/05/17
 富田

IHIサービス
 21/05/13
 安田