

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2022 年 / 月 26 日	【対応日】	2022 年 / 月 26 日	案件No.
【連絡元】	□モリタ(担当者:) □ユーザー	□ディーラー(担当者:) □その他()		電話受付: 現地対応: ILI 橋本、日保田、
【所在地&ユーザー名】	神奈川県 ひろき歯科			
【機種】	IC Washer (IC Clave) · WD-150 · BC-17 (機番: 100363)			
【対応方法】	☒ 預かり修理 (代替機No. 200024) ☐ 現地対応 対応内容: ☐ 部品交換 () ☐ その他 ()			
【給水方法】	☒ ICW-WD> ☐ 水 ☐ 水 & 温水	☒ ICC-BC> ☐ 生成器 (アイオニ-) ☐ 精製水購入	☒ 作業台上 ☐ その他()	☐ シング下
【ラック・バスケット種類】	☐ ICW-WD> ☐ 標準ラック ☐ ハンドピースラック <止水プラグ使用> ☐ 有 ☐ 無 <SUSフィルター洗浄> ☐ 有 ☐ 無	☒ ICC-BC> ☐ トレー棚 ☒ 網バスケット	【現地対応者コメント・所感】 、アセットモードで運転しよとね際に、画面がバグる(×)画面と、 運転開始「いいえ」、「はい」、「Auto off」の画面が重なる タ、音はするが画面は切り替わらない 電源 on/off にも改善しない 、エラーメッセージが出るが、画面がセリ替わらない状態で「はい」を押して、 後のメイン電源を切ると、エラーメッセージが戻らない可能性がある * IHI 指示があるまで、日保田に依頼 (度瀬さん)	
【滅菌バッグ(ICC-BC対応時のみ)】	☐ 単回使用 ☐ 回数回使用	☐ ハンドピースの滅菌(ICC-BC対応時のみ) ☐ 有 ☐ 無	※ 消耗品の使用回数など	
【症状・エラーコード】	画面がフリーズし、運転が止まる、エラーメッセージ			
【運転情報】	運転回数: (46) 回 ※前回メンテナンスからの運転回数 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認 備考: ()			
送り状番号:				

(修理済になるが、部品交換になるが不明な為)

医療機器の貸出に関する確認書

返却確認日 2022 年 1 月 26 日

貸出元 株式会社IH物流産業システム
所在地 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

貸出先 千
所在地
電話番号
管理責任者
氏名

〒720-0024 林森川郡林森町西平河町 1-12 1F
ひのき 歯科
TEL&FAX 045-298-6998
印

貸出目的

- ☐ デモ ☐ 臨床試用(有効性・安全性・操作性等の確認) ☐ 緊急時・災害時対応
- ☐ 研修 ☐ 研究目的・公益的研究活動 ☐ 納期遅延対応

☒ 事故・故障対応 (必ずお願いします)
☐ その他()

品名・メーカー名・規格型式	数量	使用者名/設置場所	期間	症例数
ワリスBオートクレーブ Icclave (代替機番号: 200024)	/	ひのき 歯科 様	2022.1.26 ～	X

●貸出期間中の費用負担:

1. 当該医療機器の設置:
2. 当該医療機器の撤去:
3. 貸出期間中の保守・修理:
4. 貸出期間中の消耗品:
5. その他の費用:

●貸出期間が満了した当該医療機器は、速やかに貸出元に返却する。

お取引先商店名:

ご担当者名:

・必要事項をご記入いただき、FAXにてご返信ください。確認書が到着後、弊社貸出予約受付完了となります。貸出品の在庫状況により商品の発送に時間を頂く場合がございますので、ご了承ください。

・先にFAXなどで貸出依頼、ご予約をされた場合には、「医療機器の貸出に関する確認書」を、貸出機に同梱いたしますので、必要事項をご記入いただき、貸出機器の返却と一緒にご送付いただいても結構です。

・貸出機器の発送先はご要望があれば余白や別紙にて発送先をご指示頂ければ、ご対応いたします。ご要望が無い場合は、お取引店様へ発送させていただきます。