

点検・修理報告書

管理 No. 210510
発行日: 2021/10/26

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年10月15日			作業時間:	Hr
顧客名	きぬた歯科 様			TEL:	045-935-1186
所在地	神奈川県横浜市都筑区池辺町5486-3 リバーサイド中河1F			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2016 年 4 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			
装置情報	製造番号: 100101	運転回数: 1105/1113 回			
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
エラー8 洗剤供給異常					
原因					
洗剤流量計の故障					
処置、作業内容					
洗剤流量計の交換					
特記事項					
最新バージョンへ更新					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	洗剤流量計		1		
2					
3					
4					
5					
6					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
			2021 年 10 月 28 日		
			ご署名 竹内 印		

修理業者

株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証G '21/10/26 菊池	サービスG '21/10/26 小山	サービスG '21/10/26 佐藤