

【代替機】点検・修理依頼書

※スライド貸出厳禁！点検後、ベストな状態で貸出をすること！

依頼内容	☒	点検
	☐	修理

貸出先	神奈川県 飯田デンタルオフィス 様
-----	-------------------

案件番号	
------	--

設置時の運転回数	2	回
回収時の運転回数	188	回

回収日	2022.1.14 (金)
-----	---------------

回収者	鈴木(橋本同行) MC 5222
-----	------------------

機種	☐	ICC
	☒	ICW
	☐	BC-17
	☐	WD-150

機番	100204
----	--------

※記入時のお願い※

違和感がない場合を除き、詳しい情報を書き込むようにしてください。

(×)異音がある → (○)本体下部からこすれたような音がある

(×)水漏れがある → (○)全面左下のドアパッキン辺りから、じわりと水漏れがある

【給水方法】

- <ICW WD>
☐ 水
☒ 水&温水

- <ICC・BC>
☐ 生成器
 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

【設置場所】

- ☐ 作業台上 ☒ シンク下
☐ その他 ()

【その他特筆事項】

【ラック・バスケット種類】

- <ICW WD>
☒ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
 有 無
 <SUSフィルター洗浄>
 有 無

- <ICC・BC>
☐ トレー棚
☐ 網バスケット

・給水ホース 温水ホースも

新品と取り替えました

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

- ☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

- ☐ 有 ☐ 無